

Identidade: **MG-2.948-589 – PCMG**

CPF: **481.442.906-15**

Cláusula Segunda - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto o FORNECIMENTO PARCELADO de **TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR E APARELHOS GLICOSÍMETROS** de acordo com as especificações e detalhamentos do **Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico/Registro de Preços nº 334/2016**, que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço global do presente contrato é de **R\$ 364.272,14** (Trezentos e sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e quatorze centavos) no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, obrigações acessórias e custos com a logística de entrega, sendo os seguintes preços unitários por item:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	MARCA/MODELO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	TIRAS REAGENTES - TIPO: FAIXA LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/DL; FINALIDADE: PESQUISA GLICEMIA CAPILAR GLICOSÍMETROS DIGITAIS	1,00 UNIDADE	ROCHE DIAGNOSTICA Accu Check Active RGMS: 10287411004	888.900	R\$ 0,4024	R\$ 357.693,36
02	GLICOSÍMETRO - FINALIDADE: MEDICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, DE USO DOMICILIAR; TENSÃO: ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E/OU BATERIAS	1,00 UNIDADE	ROCHE DIAGNOSTICA Accu Check Active RGMS: 10287411023	682	R\$ 9,6463	R\$ 6.578,78
PREÇO GLOBAL:						R\$ 364.272,14

Cláusula Quarta – DA ESPECIFICAÇÃO ADICIONAL DO OBJETO

Tiras Reagentes - tipo: faixa leitura mínima igual ou abaixo de 20mg/dl; finalidade: pesquisa glicemia capilar por meio de glicosímetros digitais.

Tiras reagentes para determinação de glicemia para uso em glicosímetros digitais, de uso domiciliar; faixa de leitura mínima igual ou abaixo de 20mg/dl/máxima a partir de 600mg/dl; tempo de resultado de teste de 05 a 30 segundos; volume de amostra sanguínea de 0,5 a 5 microlitros; amostra de sangue obtida por capilaridade.

Glicosímetro - finalidade: medição de glicemia capilar, de uso domiciliar; tensão: alimentação por pilhas e/ou baterias.

Aparelho glicosímetro digital para medição de glicemia capilar, de uso domiciliar; com faixa de leitura ampla, mínima igual ou abaixo de 20mg/dl máxima a partir de 600mg/dl. Tipo de amostra: sangue obtido por capilaridade; volume de amostra sanguínea de 0,5 a 5 microlitros. Característica do aparelho: tempo de resultado de teste de 05 a 30 segundos; memória mínima para 250 resultados. Deverá acompanhar o equipamento: pilhas e/ou baterias necessárias ao seu funcionamento, estojo ou bolsas de proteção, manual(s) de utilização em língua portuguesa, software que permita a exportação dos dados armazenados, independentemente da quantidade